

キャスコム Ti の電源について

赤枠で囲まれた部分の電源設備（ブレーカー）は、納品前にお客様でご用意をお願いいたします。

納品時および納品後に、キャスコム Ti 側の圧着端子のサイズ変更や、ケーブル同士の直結・延長等の作業は致しかねます。

また、コンセント形状での接続は動作対象外のため、必ずブレーカーの新設をお願いいたします。

