

機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具  
一般医療機器 歯科用咬合器 JMDN10201000

## デンタルメイト- II

### 【形状・構造及び原理等】

本体	アルミダイキャスト
インサイザルピン	ステンレス
マウンティングプレート	ナイロン（磁石埋込）
切歯路角プレート	ナイロン
顎路角プレート	
顎路軸	ステンレス

顎頭間距離	100 mm
矢状顎路傾斜角	20° ~40°
矢状切歯路傾斜角	10°
側方切歯路傾斜角	10°
上下顎間距離	75 mm
重量	353 g

### 【包装】

1台/函（スチール板6枚）

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社

\*\* 住 所：〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

\*\* 電 話 番 号：075-672-2118


\* 製 造 元：デンケン・ハイデンタル株式会社

### 【使用目的又は効果】

補綴物の製作及び診断に使用し、患者の咬合機能を技工室で再現する平均値咬合器。

### 【使用方法等】

- ・ 模型脱着  
マウンティングプレートの磁石部にスチール板を載せ、歯科用石こうで模型を装着します。
- ・ 操作方法



側方運動時、顎路角プレートの下辺を滑走させると20°の傾斜角で運動し、上辺を滑走させると40°の傾斜角で運動します。

### 【使用上の注意】

- 1) 使用注意
  - ・ 本品は、【使用目的又は効果】記載の用途以外には使用しないこと。
  - ・ 本品は歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。