



「だつろう君」使用時のご注意

だつろう君使用時は鍋底に炎が当るように火力を調節してください。
鍋底から胴体部分に炎が回ると胴体部分にある「耐熱パッキン」が
焼失し、圧力漏れの原因となります。

デンケン・ハイデンタル株式会社

〒601-8356 京都市南区吉祥院石原京道町 24 番地 3
西日本支店：TEL. 075-672-2118 故障/修理：TEL. 075-672-2145