

## ハイコバルト-S（ショット）

**【禁忌・禁止】**

本合金又は類似成分の合金に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

**【形状・構造及び原理等】**

形状：ショット状（0.5 g～9 g）

成分：下表のとおり。

成 分	分 量 (%)
コバルト	64.2
クロム	27.9
モリブデン	5.4
その他 (鉄、ニッケル、マンガ ン、けい素、炭素)	2.5

性能等：

JIS T 6115:2013 歯科铸造用コバルトクロム合金  
タイプ 5、耐変色性

耐力(0.2%) (MPa)	550±50
伸び (%)	5±2
ヤング率 (GPa)	195
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	8.2
硬さ (HV)	330±15
液相点 (°C)	1400±10
固相点 (°C)	1380±10

原理：本品を加熱熔解し、鋳型に鋳込んで所定の形状に成形する。

**【使用目的又は効果】**

主として铸造クラスプ、バー及び金属床等の歯科修復物、補綴物又は装置の作製に用いる。

**【使用方法等】**

取扱説明書をご参照ください。

**[使用方法に関する使用上の注意]**

- ・埋没材の使用方法及びワックス焼却は、各々の添付文書等に従うこと。
- ・本合金を再熔解する場合には、サンドブラスター等で埋没材、酸化膜を完全に取り除き、新しい合金を等量以上加えて熔解すること。
- ・歯科用フラックスを使用する場合には、その説明書に表示してある使用上の注意事項を守ること。

**【使用上の注意】**
**[使用注意]**

- ・本合金の铸造設備付近には、局所排気装置、換気扇などを設けて、密閉した部屋での作業を避け、铸造により発生する粉塵及び蒸気を吸入しないこと。
- ・本合金の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ・保護めがねを着用すること。
- ・他の合金と混用しないこと。
- ・本合金は、記載の用途以外には使用しないこと。
- ・本合金は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

**[重要な基本的注意]**

- \*\*・本合金の熔解中に破裂する場合があります。  
顔面保護面や手袋を着用するなど、注意して熔解すること。  
・本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

**[不具合・有害事象]**
**有害事象**

掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹(遲発性金属アレルギー疾患)を発症することがあります。

**【保管方法及び有効期間等】**
**[保管方法]**

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**【包装】**

1 kg／函

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社

住 所：〒607-8187

京都府京都市山科区大宅石郡町 130

電話番号：075-571-1000

\* 製 造 元：デンケン・ハイデンタル株式会社

取扱説明書を必ずご参照ください