

器 69 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科技工用成型器 JMDN 70750010


ツインジェット

【警告】

高温の処理物等を扱うため、処理物の扱いは断熱手袋や専用の工具等を装備して、やけどをしないように注意すること。

【形状・構造及び原理等】

装置外観図



【使用目的又は効果】

本器は熱可塑性材料や熱硬化樹脂を射出/成形し、義歯床または補鉄物を作成する装置である。

【使用方法等】

- 1) 取り付け、設置
付属の取扱説明書を参照して機器の取り付け、設置を行うこと。
- 2) 操作方法または、使用方法
機器の詳細な操作方法および、使用方法は付属の取扱説明書を必ずお読みください。

【使用上の注意】

詳細については取扱説明書を使用前に必ずお読みください。

- 1) 熟練したもの以外は機器を使用しないこと。
- 2) 機器を使用する前には次の事項に注意すること。
 - ①アースが完全に接続されていることを確認すること。
 - ②周囲に燃えやすい物が無いこと。
- 3) 機器の使用中は次の事項に注意すること。
 - ①機器から異臭、異音が出るときは速やかに機器の電源を切り、弊社にご連絡ください。
 - ②機器全般に異常が起きないか絶えず監視すること。
- 4) 機器の使用後は次の事項に注意すること。
 - ①次回からの使用に支障のないように清拭すること。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。
- 2) 長い間使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず装置が正常、かつ安全に作動することを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 1) 製造販売業者
デンケン・ハイデンタル株式会社

** TEL. 075-672-2118

- 2) 製造業者
デンケン・ハイデンタル株式会社